

## 液晶モニター/タッチパネルモニター (PLT シリーズ、PLB シリーズ、CV シリーズ) 一部 CE マーク削除のお知らせ

お客様各位

平素は、弊社製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。  
この度、弊社が販売しております以下対象製品の CE マーク削除に関しましてお知らせ申し上げます。  
お客様に置かれましてはご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解いただきますようお願い申し上げます。

### 【対象製品・モデル名】

PLT シリーズ	・ PLT211-W0SV ・ PLT211-W0X ・ PLT211-B0SV	・ PLT211-B0X ・ PLT211R-W0X ・ PLT211R-B0X	・ PLT261-W0X
PLB シリーズ	・ PLB261-M0X ・ PLB261-M0SV ・ PLB261R-M0X	・ PLB311-W0SVDC ・ PLB311R-W1SVDC	
CV シリーズ	・ CV521S ・ CV521PJ/CU ・ CV521PJ/CU-WP	・ CV521PJ/C ・ CV731PB/D ・ CV-F238	

### 【変更内容】

欧州低電圧指令の整合規格の変更により EN62368-1：2014 が 2020 年 12 月 20 日から適用されます。  
本製品は EN62368-1：2014 に適合していないため CE マークを表示することができません。  
そのため、本製品の製品銘板・梱包箱の CE マークをマスキングしております。  
また、添付の取扱説明書に記載しています CE マークの説明は 2020 年 12 月 20 日以降、有効ではございませんのでご注意ください。

### 【変更時期】

2020 年 12 月 20 日以降出荷品

### 【本件に関するお問い合わせ先】

ヘルスケア事業部 営業部

〒221-0022 神奈川県横浜市神奈川区守屋町 3-12

TEL:045-450-1890 FAX:045-450-1926

受付時間：月曜日～金曜日 9：00～12：00／13：00～17：00（土、日、祝祭日及び弊社休日を除く）

メールによるお問合せはこちら：[https://inquiry.jvckenwood.co.jp/ask/index.asp?c\\_No=10](https://inquiry.jvckenwood.co.jp/ask/index.asp?c_No=10)